

2 投标报价情况

2.1 供应商磋商前基础报价表

项目名称：山东石油化工学院渗流力学实验室升级项目

项目编号：SDGP370000000202502006720；zjg202508013；SS2025069-Z173-H043

标 包：A1 包

单位：元

供应商名称	山东中石仪石油科技有限公司	
总报价（含税）	大写	陆拾贰万玖仟元人民币
	小写	629000元人民币
项目完成时间	2025年11月12日	
合同履行期限	自本项目签订合同之日起至质保期结束。	
对磋商文件的 认同程度	<input checked="" type="checkbox"/> 完全认同 <input type="checkbox"/> 有偏离	

说明：1. 本表中“总报价”是指提供货物及伴随服务的全部费用的报价。
2. 本表中的“总报价”应和《分项报价明细表》中的“总价”相一致。
3. 任何有选择或有条件的报价，或者表中填写多个报价，均为**无效响应**。

供应商名称（公章）：山东中石仪石油科技有限公司

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或印鉴或签章）：

日 期：2025年 8月 28日

2. 2分项报价明细表

日期：2025年8月28日

序号	产品名称	品牌型号	产地	主要技术标准与参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	质保期	备注
1	单向渗流实验仪	中石仪 DS-100C	山东青岛	(1) 填砂模型材质：2205 双相不锈钢，内壁激光处理，深度0.05~0.15mm； (2) 模型尺寸：大端≥Ø88.9mm×500mm，小端≥Ø50.8mm×500mm； (3) 压力测量：高≥1000mm，石英材质带刻度，配备光路辅助读数，10 个均布，压力传感器测量系统； (4) 沉砂过滤器：测压管配备多孔介质过滤器，材质 2205 双相不锈钢，10 个均布； (5) 恒压控制装置：水力压头的恒压控制，可实现自动循环供液； (6) 自动流量控制器：自动微流量控制 0.001~10ml/min； (7) 填砂：可实现阶梯填砂管的恒变载荷填砂 0~50KN； (8) 撬装：采用可移动的自平衡一	台	3	43000	129000	3年	

				体化设计; (9) 电压: 220VAC; 电流: 3A。						
2	径向渗流实验仪	中石仪 JS-50D	山东青岛	(1) 填砂模型材质: 2205 双相不锈钢, 内壁激光处理, 深度 0.05~0.15mm; (2) 模型尺寸: $\geq \varnothing 500\text{mm} \times 150\text{mm}$; (3) 压力测量: 高 $\geq 1000\text{mm}$, 石英材质带刻度, 配备光路辅助读数, 17 个均布, 压力传感器测量系统; (4) 沉砂过滤器: 测压管配备多孔介质过滤器, 材质 2205 双相不锈钢, 17 个均布; (5) 恒压控制装置: 水力压头的恒压控制, 可实现自动循环供液; (6) 自动流量控制器: 自动微流量控制 0.001~20ml/min; (7) 撬装: 采用可移动的自平衡一体化设计; (8) 电压: 220VAC; 电流: 3A。	台	3	57000	171000	3年	
3	岩心流动实验仪	中石仪 LD-70P	山东青岛	(1) 恒流恒压泵: 工作压力 $\geq 12000\text{psi}$, 流量: 0.00001~29mL/min, 流量精度 $\leq 0.1\%$, 压力精度 $\leq 0.1\%\text{FS}$, 1 台; (2) 中间容器: 容积 1000mL, 耐压 $\geq 70\text{MPa}$, HC276 材质, 2 套;	台	1	321300	321300	3年	

			<p>(3) 岩心夹持器：夹持岩心尺寸为$\geq \varnothing 25\text{mm} \times (25 \sim 100)\text{mm}$，耐压$\geq 70\text{MPa}$，耐温$\geq 150^\circ\text{C}$，HC276 材质，密封氟橡胶，1 套；</p> <p>(4) 自动补液器：容积 2000ml，耐压$\geq 1\text{MPa}$，透明可视材质，1 套；</p> <p>(5) 自动围压泵：耐压$\geq 70\text{MPa}$，压力精度$\leq 1\%\text{FS}$，1 套；</p> <p>(6) 压力传感器：</p> <p>6.1 高渗压力传感器：量程 0~1MPa，精度$\leq 0.1\%\text{FS}$，1 套；</p> <p>6.2 低渗压力传感器：量程 0~70MPa，精度$\leq 0.25\%\text{FS}$，1 套；</p> <p>6.3 围压压力传感器：量程 0~70MPa，精度$\leq 0.25\%\text{FS}$，1 套；</p> <p>(7) 气动阀门：耐压$\geq 70\text{MPa}$，HC276 材质，1 套；</p> <p>(8) 电子天平：量程$\geq 2000\text{g}$，精度：$\leq 0.01\text{g}$，1 套；</p> <p>(9) 高频采集卡：采集频率$\geq 10\text{KHz}$，1 套；</p> <p>(10) 软件配备人机对话窗口，超温超压自动防护功能，1 套；</p> <p>(11) 分析终端：主机$\geq \text{I5}$ 处理器，内存$\geq 16\text{G}$，固态硬盘$\geq 512\text{G}$，</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				硬盘≥2T，显示器≥27 寸，1 台； (12) 电压：220VAC；频率 50Hz；功率 4.8Kw。						
4	钢木操作平台A	圭泽 GZ800	山东德州	不带边柜：尺寸≥ 1000mm*600mm*800mm，桌面采用 实芯耐酸碱、耐高温、抗菌理化板， 厚度≥12.7mm。	张	2	700	1400	3年	
5	钢木操作平台B	圭泽 GZBG800	山东德州	带边柜：尺寸≥ 1200mm*600mm*800mm，边柜尺寸 为≥ 460mm*510mm*705mm；桌面采 用实芯耐酸碱、耐高温、抗菌理化 板，厚度≥12.7mm；柜体采用抗倍特 材质。	张	4	1200	4800	3年	
6	实验坐具	圭泽 GZYZ	山东德州	黑面方凳，白色凳体；材质：抗倍 特； 坐具尺寸：≥ 340mm*240mm*450mm。	个	6	250	1500	3年	
其他费用		0								
合计（元）		小写：629000元人民币								
		大写：陆拾贰万玖仟元人民币								

注：供应商分项报价均按照以上格式进行报价。

供应商（公章）：山东中石仪石油科技有限公司 法定代表人或授权人（签字或印鉴或签章）：

注:

1. 本表中“总价”应和《供应商磋商报价表》中的“总报价”相一致。
2. 供应商必须按表格要求填写相关信息，否则按无效响应处理。
3. 本表可根据需要同格式扩展。